


はかりの検査成績書

検査員 一般計量士 鬼丸忠士(登録番号)

(〒421-0218) 静岡県焼津市下江

株式会社 中央技術センター



社名	株式会社安芸砂利 安芸生コン工場						検査年月日	令和 6年 10月 8日						(〒421-0218) 静岡県焼津市下江					
住所	三重県津市安濃町戸島2510番地												株式会社 中央技術センター						
名称	ばね式皿指示秤			電磁式台指示秤			電磁式台指示秤			電磁式台指示秤									
製造会社	FUJI			AandD			新光電子			AandD									
器物番号	不詳			T2106105			70960050			Q1219625									
容量	20kg-100g			10.2kg-0.1g			30kg-1g			30kg-5g			60kg-20g						
	荷重	使用公差	誤差	荷重	使用公差	誤差	荷重	使用公差	誤差	荷重	使用公差	誤差	荷重	使用公差	誤差				
単位	kg	g	g	kg	g	g	kg	g	g	kg	g	g	kg	g	g				
計 量 器 の 読 み (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4	±100	0	2	±0.1	0	5	±1	0	5	±10	0	10	±20	0				
	8	±200	0	4	±0.1	0	10	±2	0	10	±10	0	20	±40	0				
	12	±200	0	6	±0.2	0	15	±2	0	15	±15	0	30	±40	0				
	16	±200	0	8	±0.2	0	20	±2	0	20	±15	0	40	±40	0				
	20	±200	0	10	±0.2	0	25	±3	0	25	±15	0	50	±60	+10				
				10.2	±0.2	-0.1	30	±3	0	30	±15	0	60	±60	+10				
検 査 項 目	精度等級	4		精度等級	1		精度等級	2		精度等級	3		精度等級	3					
	器差検査	合格		器差検査	合格		器差検査	合格		器差検査	合格		器差検査	合格					
	偏値誤差	合格		偏値誤差	合格		偏値誤差	合格		偏値誤差	合格		偏値誤差	合格					
	繰返し性	合格		繰返し性	合格		繰返し性	合格		繰返し性	合格		繰返し性	合格					
	据付水平	合格		据付水平	合格		据付水平	合格		据付水平	合格		据付水平	合格					
	零点	合格		零点	合格		零点	合格		零点	合格		零点	合格					
	感じ検査	良		感じ検査	良		感じ検査	良		感じ検査	良		感じ検査	良					
判定	合格			合格			合格			合格			合格						

合否判定基準：使用公差以内(計量法またはこれに準ずる) 検査に使用した分銅の校正証明書：53-2420077-001~004 各種分銅を組合わせて測定

適 合

